



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Lublin, dn. 28.11.2025 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/11L

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu grantowego realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Priorytet FENX.06 Zdrowie;

Numer i nazwa Działania: FENX.06.01 System ochrony zdrowia.

Kategoria wydatku : Sprzęt medyczny

Zamawiający: Bio-Medical R. Stettner Spółka komandytowa, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Weteranów 11, 20-038 Lublin.

Istotne warunki zamówienia:

1. Przedmiot zapytania opisano w tabeli „Wykaz urządzeń będącym przedmiotem zapytania” - zawartej w załączniku nr 1.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także zostać dopuszczone do obrotu handlowego na terytorium kraju zamawiającego.
4. Urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu podanymi przez producenta oraz instrukcją obsługi i użytkowania sporządzoną w języku polskim.
5. Tam gdzie ma to zastosowanie sprzęt musi być kompatybilny z systemem **KS SOMED** - wdrożonym już u zamawiającego.
6. Dokumentem potwierdzającym odbiór urządzeń / oprogramowania będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.
7. Okres gwarancji dla urządzeń minimum 24 m-c.
8. Zamawiający wyklucza publiczne otwarcie ofert.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane i przekazane przez Grantodawcę.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- 80 % - cena,
- 20% - długość okresu gwarancji.

Termin i miejsce złożenia oferty:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną - w formie skanu odręcznie podpisanego dokumentu lub podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem - na adres e-mail: biuro@bio-medical.lublin.pl **do dnia 5 grudnia 2025 roku.**
2. **Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.**
3. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z opisem, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
5. Nr telefonu do kontaktu: **500 557 333.**



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Formularz oferty

Załącznik nr 1.

Wykonawca/dostawca:

Nazwa, adres, nr NIP	
Nr telefonu do kontaktowego	

„Wykaz urządzeń będącym przedmiotem zapytania”.

Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	holter ciśnieniowy	1. Obsługa za pomocą jednego przycisku; 2. Pomiar metodą oscylometryczną z postępującą deflacją; 3. Zakres ciśnienia.: - skurczowego min.: 60÷255 mmHg, - rozkurczowego min.: 20÷195 mmHg, - pulsu min.: 40-200 bpm; 4. Możliwość ustawienia maksymalnego ciśnienia w mankiecie w zakresie ~200-300mmHg +/- 10 mmHg; 5. Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wyników pomiaru; 6. Dokładność pomiaru ciśnienia min.: ± 3	5							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		mmHg, dokładność pulsu: ± 3 bpm; 7. Mankiet pomiarowy dla dorosłych o rozmiarze: 25 ÷ 35 cm (± 1 cm); 8. 2 okresy pomiarowe i 1 okres specjalny; 9. Interwały pomiarowe min.: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minut; 10. Czujnik ruchów pacjenta pozwalający na rejestrację jego aktywności; 11. Klawisz zdarzeń – pomiar na żądanie; 12. Pamięć flash do min. 250 badań; 13. Ustawianie parametrów i transfer danych poprzez kabel USB; 14. Waga urządzenia nie większa niż 250 g (wraz z bateriami); 15. Zasilanie: 2 baterie typu AA; 16. Urządzenie gotowe do eksploatacji.								
2.	kardiotokograf L8	1. Aparat KTG umożliwia wygodny monitoring kardiotokograficzny takich parametrów jak: FHR (cardio), TOCO (skurcze macicy), FMOV (ruchy płodu); 2. Aparat wyposażony w ruchomy 7" wyświetlacz tekstowy; 3. Aparat przeznaczony do ciąży pojedynczej; 4. Zapis badania z wydrukiem; 5. Częstotliwość: 1 MHz, głowica wielokryształowa wysokiej czułości; 6. Technologia: Doppler pulsacyjny PW +	1							



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		system DSP; 7. Zakres pomiarowy FHR: 50~210 BPM , dokładność: ± 2 BPM; 8. TOCO Zakres pomiarowy: 0-100% , dokładność: < 10 %; 9. Środowisko pracy: Temperatura $+5^{\circ}\text{C}$ do 40°C , Wilgotność 30% do 75%; 10.Zasilanie: AC 100V—240V 50/60 Hz + wbudowany akumulator 8.4V; 11.Szerokość papieru 110mm (+/- 10mm); 12.Funkcje alarmów niskiego i wysokiego tętna, końca papieru; 13.Znacznik ruchów; 14.Waga maksymalnie 2 kg 15.Wymiary 290x230x70 mm (+/- 20 mm); 16.W skład zestawu wchodzi min. : Aparat KTG L8, Głowica Cardio, Głowica TOCO, Pasy mocujące głowice, Ręczny znacznik dla pacjentki, Zasilanie akumulatorowe, Instrukcja PL, 2 zwijki papieru 110 mm, Przewód zasilający z zasilaczem.								
Razem:										



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Oświadczenia do oferty

Załącznik nr 2

Oferent oświadcza, że

1. zapoznał się z opisem przedmiotu zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
2. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane w zapytaniu ofertowym;
3. oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
4. oferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji zamówienia;
5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i sprawne wykonanie zamówienia;
6. oferowane urządzenia są zgodne z parametrami opisanymi w zapytaniu ofertowym;
7. w przypadku wyboru oferty do realizacji, dostarczy Zamawiającemu oryginał podpisanego załącznika nr 1, 2 i 3 (nie dotyczy ofert podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
8. **przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 22.12.2025 r. Realizacja zamówienia uzależniona jest od przekazania środków pieniężnych przez Grantodawcę.**
9. zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Oświadczam/y że oferta ważna jest do:	 r.
(data sporządzenia oferty)	(pieczęć i podpis oferenta)

Załączniki:

- 1) Formularz oferty
- 2) Oświadczenia do oferty
- 3) Oświadczenie o braku współpracy z Rosją
- 4) Klauzula informacyjna.