

Mełgiew, dn. 28.11.2025 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/11M

Zamówienie będzie realizowane w ramach Projektu grantowego realizowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

Numer i nazwa Osi priorytetowej: Priorytet FENX.06 Zdrowie;

Numer i nazwa Działania: FENX.06.01 System ochrony zdrowia.

Kategoria wydatku : Sprzęt medyczny

Zamawiający: **Bio-Medical R. Stettner Spółka komandytowa**, z siedzibą w Lublinie, przy ul. Weteranów 11, 20-038 Lublin. **Adres udzielania świadczeń** ul. Kościelna 29, 21-007 Mełgiew.

Istotne warunki zamówienia:

1. Przedmiot zapytania opisano w tabeli „Wykaz urządzeń będącym przedmiotem zapytania” - zawartej w załączniku nr 1.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, a także zostać dopuszczone do obrotu handlowego na terytorium kraju zamawiającego.
4. Urządzenia muszą posiadać odpowiednie deklaracje zgodności z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu podanymi przez producenta oraz instrukcją obsługi i użytkowania sporządzoną w języku polskim lub angielskim.
5. Tam gdzie ma to zastosowanie sprzęt musi być kompatybilny z systemem **KS SOMED** - wdrożonym już u zamawiającego.
6. Dokumentem potwierdzającym odbiór urządzeń / oprogramowania będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.
7. Okres gwarancji dla urządzeń minimum 24 m-c.
8. Zamawiający wyklucza publiczne otwarcie ofert.
9. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały mu przyznane i przekazane przez Grantodawcę.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- 80 % - cena,
- 20% - długość okresu gwarancji.

Termin i miejsce złożenia oferty:

1. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać drogą elektroniczną - w formie skanu odręcznie podpisanego dokumentu lub podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem - na adres e-mail: biuro@bio-medical.lublin.pl **do dnia 5 grudnia 2025 roku.**
2. **Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.**
3. Oferty złożone po terminie lub niezgodne z opisem, nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania.
5. Nr telefonu do kontaktu: **500 557 333.**



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia

Formularz oferty

Załącznik nr 1.

Wykonawca/dostawca:

Nazwa, adres, nr NIP	
Nr telefonu do kontaktowego	

„Wykaz urządzeń będącym przedmiotem zapytania”.

Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostko wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostko wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	holter ekg	1. Rejestrator do zapisów: 12 kanałowych oraz 3 kanałowych, 2 kable EKG 2. Kable pacjenta ekranowane 3. Automatyczne wykrywanie podłączanego kabla i trybu pracy 3 lub 12 kanałowego. Współpraca z kablem 10 odprowadzeniowym dla zapisów 12 kanałowych oraz z kablem 5 odprowadzeniowym dla zapisów 3 kanałowych. 4. Zapis na karcie pamięci typu SD, możliwość wymiany kart pamięci. 5. Czas rejestracji zapisu holterowskiego w trybie 3 i 12kanałowym minimum 14 dni z	3							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostko wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostko wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		możliwością rejestracji do 31 dni. 6. Wysoka jakość sygnału EKG: - przetwornik A/C: 24 bit, - archiwizacja sygnału EKG z wybraną częstotliwością minimum 250 próbek/kanal z możliwością ustawienia w rejestratorze do 1000 próbek/kanal. 7. Wykrywanie pozycji i aktywności dobowej pacjenta: rejestrator wyposażony w akcelerometr 3D 8. Dokładna detekcja stymulatorów serca, częstotliwość próbkowania minimum 30000Hz/kanal 9. Zasilanie z jednej baterii lub akumulatora, możliwość wymiany w czasie badania z kontynuacją rozpoczętego zapisu. 10. Odporność rejestratora na zniszczenie pod wpływem zalania cieczą – klasa wodoszczelności IPX6. 11. Rejestrator wyposażony w wyświetlacz graficzny, nawigacja przy pomocy klawiszy nawigacyjnych 12. Podgląd zapisu EKG przed rozpoczęciem i w czasie badania na wyświetlaczu rejestratora 3 kanałów EKG jednocześnie, sygnalizacja złego kontaktu elektrod. 13. Możliwość bezprzewodowej komunikacji								



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostko wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostko wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Bluetooth rejestratora z komputerem - podgląd zapisu EKG, uruchamianie badania 14. Programowanie parametrów rejestratora przed rozpoczęciem zapisu przy pomocy klawiszy funkcyjnych i wyświetlacza. 15. Klawisz markera zdarzeń pacjenta 16. Kompaktowe wymiary rejestratora: maksymalnie 80 x 60 x 20 mm 17. Waga rejestratora: bez kabla z baterią poniżej 95g 18. Szybki transfer danych do komputera z karty pamięci: przez kabel USB lub czytnik kart pamięci 19. Zabezpieczenie przed przypadkowym skasowaniem nie odczytanego zapisu 20. Identyfikacja badań przed rozpoczęciem zapisu: możliwość wprowadzenia numeru identyfikacyjnego za pomocą klawiatury funkcyjnej i wyświetlacza lub za pomocą oprogramowania PC. 21. Zabezpieczenie ochraniające urządzenie przed uszkodzeniem z możliwością mocowania na pasie biodrowym lub naramiennym; 22. Gotowe do współpracy z rejestratorami holterowskimi.								



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostko wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostko wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	holter ciśnieniowy	1. Obsługa za pomocą jednego przycisku; 2. Pomiar metodą oscylometryczną z postępującą deflacją; 3. Zakres ciśnienia.: - skurczowego min.: 60÷255 mmHg, - rozkurczowego min.: 20÷195 mmHg, - pulsu min.: 40-200 bpm; 4. Możliwość ustawienia maksymalnego ciśnienia w mankiecie w zakresie ~200-300mmHg +/- 10 mmHg; 5. Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wyników pomiaru; 6. Dokładność pomiaru ciśnienia min.: ± 3 mmHg, dokładność pulsu: ± 3 bpm; 7. Mankiet pomiarowy dla dorosłych o rozmiarze: 25 ÷ 35 cm (±1 cm); 8. 2 okresy pomiarowe i 1 okres specjalny; 9. Interwały pomiarowe min.: 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120 minut; 10. Czujnik ruchów pacjenta pozwalający na rejestrację jego aktywności; 11. Klawisz zdarzeń – pomiar na żądanie; 12. Pamięć flash do min. 250 badań; 13. Ustawianie parametrów i transfer danych poprzez kabel USB; 14. Waga urządzenia nie większa niż 250 g	4							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		(wraz z bateriami); 15. Zasilanie: 2 baterie typu AA; 16. Urządzenie gotowe do eksploatacji.								
3.	aparat EKG	1. Aparat EKG - prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG z analizą i interpretacją danych z badań zapisanych w pamięci; 2. Tryb pracy automatyczny, ręczny; 3. Wbudowana klawiatura alfanumeryczna, funkcyjna, oraz panel dotykowy; 4. Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG; 5. Wydruk w trybie 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, drukowanie wybranej grupy; 6. Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS . Pomiar poziomu nachylenia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu; 7. Regulowana długość zapisu badania automatycznego- w przedziale od 6 do 30 sekund; 8. Zapis wsteczny EKG (1-30 sek; 9. Zapis badania do pamięci od 1 minuty do 15 minut w trybie LONG; 10. Możliwość ustawienia parametrów przebiegu: prędkości, czułości i intensywności wydruku;	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostka wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostka wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		11.Kolorowy wyświetlacz LCD min.7” umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG; 12.Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do baz; 13.Pamięć wewnętrzna do przechowywania min. 15000 zapisów EKG z możliwością archiwizacji na zewnętrznym nośniku; 14.Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG; 15.Wykrywanie implantowanego kardiostymulatora serca; 16.Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6; 17.Sygnalizacja odłączonych odprowadzeń niezależna dla każdego kanału; 18.Wydruk na papierze o szerokości 112 mm; 19.Prędkość zapisu: 5 ; 6,25; 10; 12,5; 25; 50 mm/s; 20.Czułość wydruku: minimum 2,5; 5; 10; 20 mm/mV; 21.Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 230V								



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50 Hz i z wbudowanego w aparat bezobsługowego akumulatora; 22.przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet; 23.min. trzy porty USB; 24.Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał; 25.Wózek do transportu aparatu; 26.Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat. 27.Komunikacja z aparatem w języku polskim; 28.Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych. 29. Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.								
4.	aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP	1.Aparat kompaktowy, przenośny, prosty w obsłudze; 2.Wyniki ilościowego CRP w mg/l; 3.Objętość próbki 10 ul. Krwi z palca pacjenta; 4.Czas odczytu: do 3 minut; 5.Materiał badany: krew pełna/ surowica/ osocze; 6.Zakres pomiarowy: 2.5-300 mg/L; 7.Możliwość wykonania innych testów na życzenie(wymagane są oddzielne kasety testowe);	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. Tryb Multi test oraz tryb single test; 9. W skład zestawu wchodzi min: Analizator, Wtyczka i zasilacz sieciowy, Kabel, Kasety testowe 50 szt., Kapilary 50 szt. Instrukcja obsługi.								
5.	detektor tętna płodu	1. Wymiary urządzenia: 75x128x26 mm (szerokość X wysokość X głębokość) (+/- 5mm); 2. Wymiary sondy: 25x131x25mm (szerokość X wysokość X głębokość) (+/- 5mm); 3. Waga kompletnego urządzenia (z bateriami): max. 200g; 4. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD – wyświetlający wartość tętna płodu (cyfrowo), ikonę rytmu bicia serca płodu oraz poziom naładowania baterii; 5. Metoda pomiarowa: Ultradźwiękowy Doppler; 6. Zakres pomiarowy US min. 50 ÷ 240 bpm; 7. Nieinwazyjne monitorowanie i rejestracja czynności serca płodu; 8. Częstotliwość pracy sygnału ultradźwiękowego ≤ 2,0 MHz;	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostko wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostko wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9. Wartość natężenie emitowanej fali US powinna wynosić $\leq 10 \text{ mW/cm}^2$; 10. Wodoszczelność głowicy min IPX7; 11. Zasilanie bateryjne 1,5V x2 (LR6/AA); 12. Czas pracy (ciągłej) na jednym komplecie bateri min 350 minut; 13. Wbudowane gniazdo słuchawkowe (jack 3,5mm); 14. Uchwyt na sondę na krawędzi urządzenia; 15. Na wyposażeniu: ultradźwiękowy detektor płodu, satynowe etui, komplet baterii LR6/AA (2 szt).								
6.	fantom do nauki samobadania piersi	1. Model służący do zwiększania świadomości zdrowotnej piersi oraz promowania samodzielnego badania piersi; 2. Skóra wykonana z realistycznego materiału; 3. Prezentuje zmiany występujące podczas włóknisto-torbielowatości; 4. Model umieszczony w dedykowanej torbie; 5. Pokrowiec na pierś w zestawie.	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostka wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostka wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	lodówka z monitoringiem temperatury	1. Zakres roboczy temperatury w komorze od + 20C do + 80C; 2. Urządzenie posiada przeszklone drzwi z ergonomicznym uchwytem ukrytym w ramie drzwi, systemem samodomykania oraz możliwością zmiany kierunku otwierania w miejscu użytkowania; 3. Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi przez użytkownika; 4. Oświetlenie wnętrza komory typu LED T; 5. Przeszklenie wykonane z szyby zespolonej składającej się z co najmniej dwóch szyb, tworzących komorę międzyszybową, oddzielonych od siebie i uszczelnionych na całym obwodzie; 6. Chłodziarka ma możliwość włączania oświetlenia komory przy zamkniętych drzwiach przyciskiem umiejscowionym na froncie; 7. Dostęp do urządzenia musi być kontrolowany poprzez zamek na klucz. W zestawie minimum dwa klucze; 8. Pojemność urządzenia minimum 460 litrów; 9. Wnętrze urządzenia oraz półki wykonane z	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostka wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostka wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		łatwej do czyszczenia blachy stalowej lakierowanej w kolorze białym; 10. Urządzenie wyposażone w minimum 5 ażurowych półek wykonane ze stali pokrytej tworzywem sztucznym w kolorze białym z możliwością regulacji wysokości Obciążenie pojedynczej półki minimum 40 kg; 11. Sterowanie urządzeniem musi odbywać się przez panel sterujący umieszczony na froncie urządzenia, poza ramą drzwi; 12. Urządzenie wyposażone w system automatycznego odszraniania; 13. W celu zapewnienia równomiernego rozkładu temperatury urządzenie musi być wyposażone w wentylator wewnątrz komory; 14. Urządzenie wyposażone w wyświetlacz cyfrowy, typu LED pokazujący temperaturę w komorze z dokładnością do 0,1 st.C. Regulacja temperatury co 0,1 st.C; 15. W celu zwiększenia bezpieczeństwa urządzenie musi posiadać dwa niezależne termostaty; 16. Urządzenie musi informować o								



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		następujących zdarzeniach: za wysoka / za niska temperatura wewnątrz komory, alarm otwartych drzwi; 17. Urządzenie pozwala zapamiętać maksymalną i minimalną temperaturę zarejestrowaną w komorze bezpośrednio w sterowniku urządzenia; 18. Urządzenie wyposażone w 2 kółka oraz 2 nóżki poziomujące; 19. Urządzenie posiadać musi minimum jeden port dostępu na bocznej ścianie w celu wprowadzenia zewnętrznej sondy pomiaru temperatury; 20. Średnica portu dostępu minimum 15mm; 21. Urządzenie wyposażone jest w złącze bezpotencjałowe; 22. Urządzenie posiada zgodność z interfejsem RS485; 23. Urządzenie wyposażone w baterię podtrzymującą pracę sterownika podczas zaniku zasilania sieciowego przez minimum 12 godzin; 24. Urządzenie zapisuje dane temperaturowe bezpośrednio w sterowniku z możliwością ich pobierania w celu archiwizacji								



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostka wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostka wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25. Pobieranie danych temperaturowych ze sterownika za pomocą wbudowanego modułu bluetooth; 26. Eksport danych temperaturowych w formacie min. Excel; 27. Dedykowana aplikacja na systemy iOS i android do komunikacji ze sterownikiem chłodziarki; 28. Dostawca zapewni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – odbiór na terenie Polski; 29. W okresie gwarancyjnym dostawca zobowiązany jest do naprawy w miejscu instalacji w przypadku awarii; 30. Urządzenie zasilane elektrycznie 230V 50Hz 31. Wymiary urządzenia: 626x740x1865mm (plus/minus 5mm) (szer. x gł. x wys. mm); 32. Maksymalna waga urządzenia 95 kg; 33. Certyfikat zgodności CE; 34. Instrukcja obsługi, zawierająca opis urządzenia oraz instrukcję jego konserwacji i postępowania w przypadku awarii w języku polskim lub w języku angielskim; 35. Zasilacz awaryjny UPS;								



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostko wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostko wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		36. Moc znamionowa: 1800 W, Rodzaj baterii: 24 V DC, Maksymalne napięcie akumulatora: 30 V DC, Zakres napięcia wejściowego: 190 - 260 V AC, Częstotliwość wejściowa: 45 - 60 Hz, Zakres napięcia wyjściowego: 230 V AC +/- 5% / Inwerter: 230 VAC +/-3%, Częstotliwość wyjściowa: 50/60 Hz +/-0,5 Hz. Kształt napięcia wyjściowego: Czysta sinusoida, Efektywność wyjściowa: >= 85% (DC na AC) Prąd ładowania akumulatora: 10 A / 15 A, Pojemność akumulatora: 2 x 100Ah (projektowana żywotność 8-12 lat) ,Czas przełączania: =< 4 ms, Zabezpieczenia: Przed przeciążeniem, zwarcie, zbyt wysokim lub zbyt niskim napięciem, Dopuszczalna temperatura pracy: 0 - 40°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10 - 90%.								
8.	lampa diagnostyczna bezcieniowa	1. Średnica głowicy lampy 75mm (+/-5mm); 2. Regulacja natężenia światła; 3. Temperatura barwowa 6000K; 4. Min. natężenie światła przy odległości	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30cm: 98 000 LUX; 5. Min. natężenie światła przy odległości 50 cm: 37 000 LUX; 6. Długość wyginanego ramienia 750mm (+/- 20mm).								
9.	fotel ginekologiczny z regulacją wysokości	1. Fotel ginekologiczny trzy segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska oraz nakładanego dodatkowego czwartego segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżącej; 2. Fotel osadzony na elektromechanicznie regulowanej osłoniętej obudowie z tworzywa sztucznego kolumnie; 3. Segment głowy osłonięty w całości obudową z tworzywa sztucznego; 4. Segment pleców osłonięty w całości obudową z tworzywa sztucznego; 5. Segment nożny obudowany w spodniej stronie tworzywową osłoną ; 6. Segment siedziska w spodniej części obudowany tworzywową osłoną która ułatwia czyszczenie i dezynfekcję . Nie dopuszcza się widocznych siłowników fotela oraz fotela bez obudowy siedziska.	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostka wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostka wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Nie dopuszcza się obudowany metalowej spodniej części siedziska oraz fotela bez obudowy spodniej części siedziska; 7. Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną, gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych, oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna obudowane łatwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego. Nie dopuszcza się podstawy w kształcie litery H z elementami podstawy o które można zahaczyć obuwem . Nie dopuszcza się widocznych siłowników fotela . Nie dopuszcza się obudowy podstawy metalowej oraz kolumny obudowanej obudową metalową. 8. Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem pleców , zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców; 9. Niezależne trójkątne podpórki pod ręce								



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostka wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostka wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		pacjentek z tworzywa sztucznego 1 para. Nie dopuszcza się podpór pod ręce z wykończeniem skajem czy wersji tapicerowanej ; Nie dopuszcza się elementów podkolanników które pełnią rolę podpórek pod ręce; 10. Wyposażony w uchylną owalną miskę na regulowanym w minimum II osiach uchwycie szt 1; 11. Zintegrowany, dopasowany do podstawy fotela , nasuwany na podstawę fotela schodek pacjentki o wysokości (240-260mm) (umożliwiający dobry dostęp do panelu sterującego wbudowanego w podstawę fotela) pokryty obudową z tworzywa sztucznego . Nie dopuszcza się schodka wolnostojącego do fotela czy nakładanego na podstawę; 12. Podpórki – podkolanniki typu Goepela 1 para z regulacją mechaniczną zmiany kąta ich ustawienia pozwalające również na podparcie łydek Pacjentki; 13. Bezpieczne obciążenie min 150 kg; 14. Wymiary całkowite 3 segmentowej powierzchni roboczej w pozycji leża								



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostko wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostko wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1365mm +/- 50mm; 15. Długość x szerokość podstawy 900x600mm; 16. Szerokość leża 615 mm; 17. Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm sterowanie za pomocą dwóch przycisków nożnych wbudowanych w podstawę fotela; 18. Regulacja segmentu plecowego 0-80o manualna uzyskiwana za pomocą uchwytu sprężyny gazowej w tylnej spodniej części za oparciem pleców po lewej ręce badającego; 19. Stała horyzontalna pozycja segmentu siedzenia ; 20. W spodniej części podstawy fotela po obu stronach powierzchni roboczej otwory montażowe do zintegrowania fotela z uchwytem do mocowania kolposkopu czy uchwytem do monitora toru wizyjnego ; 21. Pozostałe niezbędne wyposażenie fotela: Lampa LED na 0,5m wyginanym ramieniu zintegrowana z fotelem; 22. Możliwość wyboru koloru tapicerki min. 5 kolorów;								



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		23. Wybór przynajmniej 15 różnych kolorów tapicerki; 24. CE- Deklaracja zgodności; 25. Produkt pochodzący z cyklicznej fabrycznej produkcji – nie modyfikowany indywidualnie pod zamówienie.								
10.	kardiotokograf L8	1. Aparat KTG umożliwia wygodny monitoring kardiotokograficzny takich parametrów jak: FHR (cardio), TOCO (skurcze macicy), FMOV (ruchy płodu); 2. Aparat wyposażony w ruchomy 7" wyświetlacz tekstowy; 3. Aparat przeznaczony do ciąży pojedynczej; 4. Zapis badania z wydrukiem; 5. Częstotliwość: 1 MHz, głowica wielokryształowa wysokiej czułości; 6. Technologia: Doppler pulsacyjny PW + system DSP; 7. Zakres pomiarowy FHR: 50~210 BPM , dokładność: ±2 BPM; 8. TOCO Zakres pomiarowy: 0-100% , dokładność: < 10 %; 9. Środowisko pracy: Temperatura +5°C do 40°C , Wilgotność 30% do 75%; 10.Zasilanie: AC 100V—240V 50/60 Hz +	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostka wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostka wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wbudowany akumulator 8.4V; 11.Szerokość papieru 110mm (+/- 10mm); 12.Funkcje alarmów niskiego i wysokiego tętna, końca papieru; 13.Znacznik ruchów; 14.Waga maksymalnie 2 kg 15.Wymiary 290x230x70 mm (+/- 20 mm); W skład zestawu wchodzi min. : Aparat KTG L8, Głowica Cardio, Głowica TOCO, Pasy mocujące głowice, Ręczny znacznik dla pacjentki, Zasilanie akumulatorowe, Instrukcja PL, 2 zwijki papieru 110 mm, Przewód zasilający z zasilaczem.								
11.	manekin noworodka do edukacji porodowej	1. Pełnopostaciowy fantom noworodka-chłopca zaprojektowany, aby umożliwić naukę opieki nad niemowlęciem w bezpiecznym środowisku; 2. Realistyczny wygląd noworodka (odwzorowane fałdy skórne, ruchome stawy); 3. Fantom może być wykorzystywany do ćwiczenia trzymania i noszenia, pielęgnacji pępka, skóry i zmian pieluch; 4. Funkcje/cechy min.: - realistyczny noworodek z odwzorowanymi fałdami skórnymi,	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- ruchome stawy, - odwzorowany kikut pępowinowy, - kształt ust umożliwia naukę przystawiania do piersi, - idealny do ćwiczeń z podstawowej opieki jak kąpiel i zmiana pieluch, - realistyczny wymiar: 50 cm, - waga ok. 2,4 kg.								
12.	elektroniczna tablica do badania ostrości wzroku	1. Wydajna, łatwa w obsłudze oraz utrzymaniu tablica okulistyczna z podświetleniem; 2. Model świecący; 3. Pilot w zestawie; 4. Rodzaj pilota: włączający - On/Of 5. Zasięg odczytu: ok. 3 metry; 6. Pole widzenia: 24 x 62 cm; 7. Wymiary zewnętrzne około: 29,5 x 67,5 x 12 cm; 8. Waga około: 6 kg; 9. Materiał: akryl.	1							
13.	tablice do badania ostrości wzroku plastikowe	1. Tablica wykonana jest z trwałego, antystatycznego materiału PCV odpornego na zmywanie typowymi środkami używanymi w medycynie;	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostka wa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostka wa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Optotypy naniesione są na białe, matowe tło, zapewniając dokładność i komfort badania; 3. Wymiary 280x540mm (+/-20 mm); 4. Zakres badania: ok.6m.								
14.	elektroniczna waga dla niemowląt - przenośna	1. Automatyczny wyłącznik; 2. Funkcja tary; 3. Funkcja HOLD; 4. Zasilanie bateryjne; 5. Maksymalne obciążenie [kg] 20; 6. Jednostki wagowe funty, kilogramy; 7. Dokładność pomiaru 10 g; 8. Wskaźnik zużycia baterii; 9. Wyświetlacz LCD.	1							
15.	waga medyczna dla niemowląt	1. Waga z przeznaczeniem do ważenia leżących niemowląt i dzieci w pozycji pionowej (po zdjęciu szalki wagi) do wagi 20 kg; 2. Stabilna podstawa, standardowa wielkość wagi medycznej niemowlęcej do gabinetu lekarskiego; 3. Wsuwana i blokowana szalka wykonana z wysokiej jakości tworzywa sztucznego stabilnie połączona z platformą; 4. Duży wyświetlacz LCD umożliwiający	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		szybki i łatwy odczyt wyniku; 5. Dokładność odczytu: 5 g < 10 kg > 10 g; 6. Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie); 7. Wymiary wagi: 560x325x145 mm (+/-10 mm); 8. Opcje: TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie.								
16.	waga z analizatorem masy ciała	1. Waga elektroniczna; 2. Analizator składu ciała z tech. Bioimpedancji; 3. Metalowa platforma; 4. Maksymalne obciążenie 150 kg; 5. Dokładność pomiaru 100 g; 6. Wymiary: Głębokość 35 cm, Szerokość 30 cm, Wysokość 1 cm, Waga produktu max 4 kg; 7. Zapamiętywanie pomiarów; 8. Jednostki pomiaru funt (lb), kilogram (kg); 9. Możliwość wykonania pomiaru: Parametr; 10. Metabolizm spoczynkowy, Tłuszcz trzewny; 11. Procentowa zawartość tkanki tłuszczowej; 12. Pomiar BMI;	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13. Pomiary wykonywane dzięki czujnikom rozlokowanych na dłoniach i stopach.								
17.	waga medyczna ze wzrostomierzem	1. elektroniczna waga osobowa kolumnowa klasy III ze wzrostomierzem przeznaczona do ważenia pacjentów w placówkach służby zdrowia; 2. obciążenie: min. 200 kg ; 3. dokładność odczytu: 100 g; 4. wyświetlacz LCD; 5. funkcja automatycznego wyłączania; 6. zasilanie: bateryjne i sieciowe; 7. platforma antypoślizgowa; 8. gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu platformy; 9. plastikowo - aluminiowy bezpieczny wzrostomierz o zakresie pomiaru min. 75-200 cm; 10.opcje: TARA, HOLD, BMI, PRINT.	1							
18.	wózek inwalidzki dla osoby dorosłej	1. Waga wózka maksymalnie 17 kg; 2. Maksymalne obciążenie 130 kg; 3. Możliwość doposażenia w opcje dodatkowe; 4. podłokietniki odchylane i wyciągane'	1							



Lp.	Nazwa	Parametry	Ilość	Proponowany model urządzenia	Jednostkowa cena netto PLN	Wartość netto PLN	Stawka vat %	Jednostkowa cena brutto PLN	Wartość brutto PLN	Okres gwarancji w m-c
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. podnóżki odchylane do wew. i na zew. Odpinane; 6. regulacja wysokości płyty podnóżka; 7. koła przednie i tylne pełne; 8. koła na szybkozłączce; 9. długość całkowita z podnóżkiem: 112 cm; 10. szerokość siedziska: 50 cm; 11. szerokość całkowita: 67,5 cm; 12. średnica kół tylnych: 24"; 13. średnica kół przednich: 20 cm.								
19.	aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny w różnych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci	1. Typ ciśnieniomierza: naramienny; 2. Zasilanie baterie AA; 3. Sposób pomiaru: oscylometryczny; 4. Wielkość mankietów: 17-22 cm oraz 22-42 cm ; 5. Funkcje: Pamięć pomiarów, Pomiar pulsu, Zapamiętywanie daty i czasu pomiaru, Automatyczne pompowanie; 6. Zakres pomiarów ciśnienia: 60 - 260 mmHg.	2							
Razem:										

Oświadczenia do oferty

Załącznik nr 2



Oferent oświadcza, że

1. zapoznał się z opisem przedmiotu zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
2. spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane w zapytaniu ofertowym;
3. oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia;
4. oferowana cena pozostanie niezmienną przez cały okres realizacji zamówienia;
5. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe i sprawne wykonanie zamówienia;
6. oferowane urządzenia są zgodne z parametrami opisanymi w zapytaniu ofertowym;
7. w przypadku wyboru oferty do realizacji, dostarczy Zamawiającemu oryginał podpisanego załącznika nr 1, 2 i 3 (nie dotyczy ofert podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym);
8. **przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany do 22.12.2025 r. Realizacja zamówienia uzależniona jest od przekazania środków pieniężnych przez Grantodawcę.**
9. zapoznał się z klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

Oświadczam/y że oferta ważna jest do:	 r.
(data sporządzenia oferty)	(pieczęć i podpis oferenta)

Załączniki:

- 1) Formularz oferty
- 2) Oświadczenia do oferty
- 3) Oświadczenie o braku współpracy z Rosją
- 4) Klauzula informacyjna.